

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310103  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** LDH DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101712462  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 22/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** LDH DGKC R1 20ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101722460  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 30/07/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** LDH DGKC R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101732460  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,45 (7,35-7,55)	7,45
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,62
pH R1 + R2	7,50 (7,40-7,60)	7,56
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,014
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,300 (1,100-1,500)	1,442
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.