

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310103
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDH - DGKC R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112252332
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/02/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH - DGKC R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
LOTE / LOT: 1112242331
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/02/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aporencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aporencia / Appearance R2	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,45 (7,35-7,55)	7,47
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,60
pH R1 + R2	7,50 (7,40-7,60)	7,54
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,015
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,300 (1,100-1,500)	1,411
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

Carolina Santana
Controle de Qualidade / Quality Control