

TopKal HDL/LDL



MS 80115310095

Soro de calibração de lipídios
Suero de calibración de lípidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)
6290004KC (2 x 2 mL)

LOT 1100102264

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

07-2024

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Fosfolipídios Fosfolípidos	Enzimático	239	mg/dL
		3,08	mmol/L
		2,39	g/L
HDL-C HDL Colesterol	Imunoinibição	56,0	mg/dL
		1,45	mmol/L
		0,560	g/L
	Direto, colorimétrico	50,3	mg/dL
		1,30	mmol/L
0,503	g/L		
LDL-C LDL Colesterol	Seleção homogênea	135	mg/dL
		3,48	mmol/L
		1,35	g/L
	Direto, colorimétrico	141	mg/dL
		3,66	mmol/L
1,41	g/L		
Lp-PLA₂ Lipoproteína associada fosfolipase A ₂	Colorimétrico	383	U/L
		6,39	µkat/L
NEFA Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	25,3	mg/dL
		0,897	mmol/L
		0,253	g/L

Atenção: Mudança de valores!



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br