

TopKal HDL/LDL



MS 80115310095

Soro de calibração de lipídios
Suero de calibración de lípidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)
6290004KC (2 x 2 mL)

LOT 1100102266

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

04-2025

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Fosfolipídios Fosfolípidos	Enzimático	276	mg/dL
		3,56	mmol/L
		2,76	g/L
HDL-C HDL Colesterol	Imunoinibição	59,0	mg/dL
		1,53	mmol/L
		0,590	g/L
	Direto, colorimétrico	55,5	mg/dL
		1,44	mmol/L
LDL-C LDL Colesterol	Seleção homogênea	144	mg/dL
		3,73	mmol/L
		1,44	g/L
	Direto, colorimétrico	155	mg/dL
		4,00	mmol/L
Lp-PLA₂ Lipoproteína associada fosfolipase A ₂	Colorimétrico	439	U/L
		7,32	µkat/L
		29,8	mg/dL
NEFA Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	1,05	mmol/L
		0,298	g/L

Atenção: Mudança de valores!



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br