

# TopKal HDL/LDL



**MS 80115310095**

Soro de calibração de lipídios  
Suero de calibración de lípidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)  
6290004KC (2 x 2 mL)

**LOT 1100102267**

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent  
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

**04-2025**

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
<b>Fosfolipídios</b> Fosfolípidos	Enzimático	276	mg/dL
		3,56	mmol/L
		2,76	g/L
<b>HDL-C</b> HDL Colesterol	Imunoinibição	59,0	mg/dL
		1,53	mmol/L
		0,590	g/L
	Direto, colorimétrico	55,5	mg/dL
		1,44	mmol/L
0,555	g/L		
<b>LDL-C</b> LDL Colesterol	Seleção homogênea	144	mg/dL
		3,73	mmol/L
		1,44	g/L
	Direto, colorimétrico	155	mg/dL
		4,00	mmol/L
1,55	g/L		
<b>Lp-PLA<sub>2</sub></b> Lipoproteína associada fosfolipase A <sub>2</sub>	Colorimétrico	439	U/L
		7,32	µkat/L
<b>NEFA</b> Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	<b>29,8</b>	<b>mg/dL</b>
		<b>1,05</b>	<b>mmol/L</b>
		<b>0,298</b>	<b>g/L</b>

Atenção: Mudança de valores!



**Kovalent do Brasil Ltda**

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)