

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310047  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (ASAT) R1 5X40ML + R2 1X50ML  
LOTE / LOT: 10732524212  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 18/04/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R1 40ML  
LOTE / LOT: 10735324199  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R2 50ML  
LOTE / LOT: 10735424199  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,65 (7,55-7,75)	7,66
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,62
pH R1 + R2	7,65 (7,55-7,75)	7,65
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,00-0,03)	0,011
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,80-1,95)	1,866
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.