

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310047
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (ASAT) R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 112455238
DATA DE FABR./MANUF. DATE 13/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R1 40ML
LOTE / LOT: 112456239
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R2 10ML
LOTE / LOT: 112457238
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,65 (7,55-7,75)	7,69
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,61
pH R1 + R2	7,65 (7,55-7,75)	7,7
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,00-0,03)	0,014
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,80-1,95)	1,925
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According