

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310047
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (ASAT) R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124552414
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R1 40ML
LOTE / LOT: 1124562415
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (ASAT) R2 10ML
LOTE / LOT: 1124572415
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/04/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparência / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparência / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 7,65 (7,55-7,75) | 7,66 |
| pH R2 | 9,60 (9,50-9,70) | 9,62 |
| pH R1 + R2 | 7,65 (7,55-7,75) | 7,65 |
| Absorbância / Absorbance R1 | 0,015 (0,00-0,03) | 0,011 |
| Absorbância / Absorbance R1 + R2 | 1,875 (1,80-1,95) | 1,866 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.