

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310039
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10709623188
DATA DE FABR./MANUF. DATE 19/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE TRIGLICERIDEOS 3ML
LOTE / LOT: 10725423115
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TRIGLICERIDEOS MONORREAGENTE 250ML
LOTE / LOT: 10720023170
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Aparencia / Appearance | LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| Odor / Odour | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH | 7.2 (7.1-7.3) | 7,22 |
| Absorbancia / Absorbance | 0.040 (0.000-0.080) | 0,0110 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL | Conforme/According |