

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310207
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 6X30ML
LOTE / LOT: 1101852363
DATA DE FABR./MANUF. DATE 19/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 30ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101862362
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.2 (7.1-7.3)	7,22
Absorbancia / Absorbance	0.040 (0.000-0.080)	0,0110
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According