

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310189  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML  
**LOTE / LOT:** A10931124125  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/06/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R1 200ML  
**LOTE / LOT:** 10930724118  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/06/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R2 100ML  
**LOTE / LOT:** 10930524112  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,82
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,79
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,60
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,240
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,948
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According