

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310189  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** UREIA UV WS R1 4X30ML + R2 2X15ML  
**LOTE / LOT:** 1101872485  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/07/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R1 30ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** A1101882484  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/07/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** UREIA UV WS R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** A1101892485  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,80
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,81
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,57
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,242
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,954
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.