

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO/INTERNAL CODE 1080250K
LOTE / LOT: 10710124164
DATA DE FABR./MANUF. DATE 21/02/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R1 40ML
COD. INTERNO/INTERNAL CODE 1080040R1K
LOTE / LOT: 10720524162
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R2 50ML
COD. INTERNO/INTERNAL CODE 1080050R2K
LOTE / LOT: 10720824161
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,18
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,14
Absorbância / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0,000
Absorbância / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0,000
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.