

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310038  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO  
COD. INTERNO/ INTERNAL CODE 1040100K  
LOTE / LOT: 112043248  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 25/04/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE GLICOSE 3ML  
COD. INTERNO/ INTERNAL CODE 1040003P  
LOTE / LOT: 10725523134  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE GOD-PAP 50ML  
COD. INTERNO/ INTERNAL CODE 1040050MK  
LOTE / LOT: 112052247  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,49
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,015
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

