

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310255
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO/ INTERNAL CODE 3070060K
LOTE / LOT: 1118112351
DATA DE FABR./MANUF. DATE 20/12/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML
COD. INTERNO/ INTERNAL CODE 3070003P
LOTE / LOT: 1118122326
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML
COD. INTERNO/ INTERNAL CODE 3070030MK
LOTE / LOT: 1118132333
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11,0 (10,9-11,1)	11,02
Absorbancia / Absorbance	1,150 (1,000-1,300)	1,264
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According