

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310046
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010100.01K
LOTE / LOT: 112049244
DATA DE FABR./MANUF. DATE 28/06/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010003P
LOTE / LOT: 10731324130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R1 26,67ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 101026.67R1K
LOTE / LOT: 112062244
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO R2 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010020R2K
LOTE / LOT: 112063244
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,05
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,03
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,0017
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,033

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.