

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310206  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA WS R1 4 X 38,6 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112292439  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 30/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/12/2025

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ALBUMINA MONORREAGENTE 38,6 ML WS (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112282438  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4,2 (4,1-4,3)	4,21
Absorbancia / Absorbance	0,225 (0,100-0,350)	0,256
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.