



**Laboratórios Lorne Ltda.**

Unidade 1 Cutbush Park Industrial  
Estate Danehill, Lower Earley,  
Berkshire RG6 4UT, Reino Unido

Número do documento: F031

Nível de revisão: 01

Data: 31 AGO 2022

Título: CERTIFICADO DE ANÁLISE

Número da página: 1 de 1

## Certificado de Análise

<b>PRODUTO</b>	Anti-D Clone 1 Reagente Monoclonal para Determinação de Grupos Sanguíneos
<b>NÚMERO DO LOTE</b>	730131-A1 e todos os sublotos (ou seja, 730131-A2, 730131-A3, 730131-A4, etc)
<b>DATA DE FABRICAÇÃO</b>	05/02/2024
<b>DATA DE VALIDADE</b>	05/08/2026
<b>CORANTE</b>	Nenhum
<b>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</b>	Refrigerar a 2-8°C
<b>CARGA BIOLÓGICA</b>	Produto filtrado através de um filtro estéril de 0,2 µm. O reagente não é estéril.
<b>CONSERVANTE</b>	< 0,1% de azida de sódio p/v

### CONTROLE DE QUALIDADE:

POTÊNCIA:	Teste em Tubo	Cartão BioVue	Cartão Diamed	Microplaca
Células O R <sub>1</sub> r	1 em 128	1 em 512	1 em 1024	1 em 128
<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	Células O R <sub>1</sub> r 3 seg	Células R <sub>2</sub> r 2 seg		
<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos positivos</b>	<b>Fenótipos negativos</b>		
Células O R <sub>1</sub> r	Grau 5	Células r'r	Negativo	
Células R <sub>2</sub> r	Grau 5	Células r''r	Negativo	
Células D (D <sup>u</sup> ) fracas	Grau 4	Células rr	Negativo	

#### DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE

As características (potência e especificidade) deste lote de Anti-D Clone 1 estão em conformidade com as especificações indicadas na edição atual de "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK" e as Common Technical Specifications (CTS)

Revisor:	Coordenadora de Assessoria Científica
Assinatura:	<i>Alessandra Ferreira</i>
Data:	16 de julho de 2024



**Lorne Laboratories Ltd.**  
 Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate  
 Danehill, Lower Earley,  
 Berkshire RG6 4UT, UK

<b>Document Number: F031</b>	<b>Revision Level: 01</b>	<b>Date: 31 AUG 2022</b>
<b>Title: CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>		<b>Page Number: 1 of 1</b>



## Certificate of Analysis


(See LOR006 for Methodology)

<b>PRODUCT</b>	Anti-D Clone 1 Monoclonal Blood Grouping Reagent
<b>LOT NUMBER</b>	730131-A1 and all sub-lots (i.e 730131-A2, 730131-A3, 730131-A4, etc)
<b>DATE OF MANUFACTURE</b>	2024-02-05
<b>DATE OF EXPIRY</b>	2026-08-05
<b>DYE</b>	None
<b>STORAGE CONDITIONS</b>	Refrigerate at 2-8°C
<b>BIOBURDEN</b>	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter. The reagent is not sterile.
<b>PRESERVATIVE</b>	< 0.1% Sodium Azide w/v

**QUALITY CONTROL:**

<b>POTENCY:</b>		<b>Tube Test</b>	<b>BioVue Card</b>	<b>Diamed Card</b>	<b>Microplate</b>
	<b>O R<sub>1</sub>r Cells</b>	1 in 128	1 in 512	1 in 1024	1 in 128
<b>AVIDITY:</b> (1st sign of agglutination)	<b>O R<sub>1</sub>r Cells</b>	3 sec	<b>R<sub>2</sub>r Cells</b>	2 sec	
<b>SPECIFICITY:</b>	<b>Positive Phenotypes</b>		<b>Negative Phenotypes</b>		
	<b>O R<sub>1</sub>r Cells</b>	Grade 5	<b>r'r Cells</b>	Negative	
	<b>R<sub>2</sub>r Cells</b>	Grade 5	<b>r''r Cells</b>	Negative	
	<b>Weak D (D<sup>u</sup>) Cells</b>	Grade 4	<b>rr Cells</b>	Negative	

<b>QUALITY CONTROL STATEMENT</b>	The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti-D Clone 1 conform to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK" and the Common Technical Specifications (CTS)
----------------------------------	--

<b>Title</b>	<b>Quality Assurance Coordinator</b>
<b>Signature</b>	 Digitally signed by Pradeepthy Anasuri Date: 2024.02.22 12:17:05 Z
<b>Date:</b>	<b>22 FEB 2024</b>