

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310205
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 2X200ML + R2 1X100ML
LOTE / LOT: 10936124145
DATA DE FABR./MANUF. DATE 29/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R1 200ML
LOTE / LOT: 10936424133
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R2 100ML
LOTE / LOT: 10936524134
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO AMARELO/CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 13.0 (12.90-13.10) | 12,93 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0,00033 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.150 (0.120-0.180) | 0,1463 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |