

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310205
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
LOTE / LOT: 1124382417
DATA DE FABR./MANUF. DATE 29/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124392417
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R2 10ML
LOTE / LOT: 1124402417
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	12,93
Absorbância / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,00033
Absorbância / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,1463
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According