

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310256
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 1118072468
DATA DE FABR./MANUF. DATE 13/05/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE FERRO 3ML
LOTE / LOT: 1118102327
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO R1 20ML
LOTE / LOT: 1118082433
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO R2 15ML
LOTE / LOT: 1118092436
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/01/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | FETIDO/SMELLY | Conforme/According |
| pH R1 | 4,50 (4,40-4,60) | 4,47 |
| pH R2 | 2,50 (2,40-2,60) | 2,57 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,0075 (0,000-0,015) | 0,000 |
| Absorbancia / Absorbance R2 | 0,025 (0,000-0,050) | 0,019 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0,025 (0,000-0,050) | 0,013 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.