

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310192
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO FERENE WS R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124412412
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/05/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO FERENE WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124422413
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO FERENE WS R2 10ML
LOTE / LOT: 1124432412
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4,50 (4,40-4,60)	4,47
pH R2	2,50 (2,40-2,60)	2,57
Absorbancia / Absorbance R1	0,0075 (0,000-0,015)	0,000
Absorbancia / Absorbance R2	0,025 (0,000-0,050)	0,019
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,013
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.