

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310254  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GAMA GT R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**LOTE / LOT:** 1117932441  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 13/05/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/05/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GAMA GT R1 40ML  
**LOTE / LOT:** 1117942441  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/05/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GAMA GT R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 1117952438  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/05/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH R1                             | 8.28 (8.18-8.38)   | 8,27                |
| pH R2                             | 6.00 (5.90-6.10)   | 6,01                |
| pH R1 + R2                        | 8.25 (8.15-8.35)   | 8,25                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)  | 0,001               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.550 (0.450-0.650)  | 0,554               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.