

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310267  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**LOTE / LOT:** 1119842475  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 18/07/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 31/08/2025

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** HDL-C DIRETO R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 1119802441  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/04/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** HDL-C DIRETO R2 15ML  
**LOTE / LOT:** 1119962445  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 31/08/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO/CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According