

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310073  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 10736624208  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 13/06/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE PROTEINA TOTAL 3ML  
LOTE / LOT: 10737124128  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL R1 20ML  
LOTE / LOT: 10737824119  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL R2 15ML  
LOTE / LOT: 10737924117  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,80
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,21
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,046

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.