

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310210
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL WS R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124662410
DATA DE FABR./MANUF. DATE 15/05/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/03/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124672411
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/03/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL WS R2 10ML
LOTE / LOT: 112468249
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/03/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,75
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,17
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,00033
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,0457
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According