

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310051  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGP (ALAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 11018224103  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 03/05/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/06/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (ALAT) R1 20ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101832498  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 06/06/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (ALAT) R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101842496  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 04/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,09
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,62
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,14
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,009
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,882
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.