

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310194
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
LOTE / LOT: 1101272470
DATA DE FABR./MANUF. DATE 23/07/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R1 30ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101282466
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101292466
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,04
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,04
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,021
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.