

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310072  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 10836524146  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ALBUMINA 3ML  
LOTE / LOT: 10737024105  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 30ML  
LOTE / LOT: 1083642494  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,21
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,257
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According