

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310206
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X20ML
LOTE / LOT: 1124122415
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/07/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 20 ML WS
LOTE / LOT: 1124112415
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/05/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance | LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN | Conforme/According |
| Odor / Odour | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH | 4.2 (4.1-4.3) | 4,21 |
| Absorbancia / Absorbance | 0.225 (0.100-0.350) | 0,257 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.