

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310206  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS R1 4 X 38,6 ML (RESPONS)  
LOTE / LOT: 1112292442  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 13/08/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 38,6 ML WS (RESPONS)  
LOTE / LOT: 1112282441  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,21
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,263
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.