

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310211  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CALCIO ARSENAZO III WS 2X30ML  
LOTE / LOT: 1121782419  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CALCIO WS MONORREAGENTE 30ML  
LOTE / LOT: 1093762423  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/05/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO, VIOLETA/CLEAR, VIOLET   | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH                                | 7,50 (7,40-7,60)   | 7,46                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0,390 (0,280-0,500)  | 0,374               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.