

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310195
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 6X30 ML
LOTE / LOT: 1101492473
DATA DE FABR./MANUF. DATE 23/05/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL WS 30ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101502472
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,006
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According