

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310195  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112032448  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 23/05/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/05/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** COLESTEROL MONORREAGENTE WS 43,6 ML  
**LOTE / LOT:** 1112022447  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,006
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.