

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310057  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030250K  
LOTE / LOT: 10708924301  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 24/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE CREATININA 3ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030003P  
LOTE / LOT: 10735524203  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R1 200ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030200R1K  
LOTE / LOT: 10719124238  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R2 50ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030050R2K  
LOTE / LOT: 10719424205  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	12,96
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,147
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.