

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310205
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
LOTE / LOT: 1124382422
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/08/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R1 40ML
LOTE / LOT: 1124392422
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R2 10ML
LOTE / LOT: 1124402422
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/04/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 13.0 (12.90-13.10) | 12,96 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.150 (0.120-0.180) | 0,147 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |