

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310205  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CREATININA WS R1 4X30ML + R2 2X15ML  
**LOTE / LOT:** 11015124106  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 24/07/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/02/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA WS R1 30ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 11015224103  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/07/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CREATININA WS R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 11015324103  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/02/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH R1                             | 13.0 (12.90-13.10)   | 12,96               |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)  | 0                   |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.150 (0.120-0.180)  | 0,147               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |