

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310205  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)  
LOTE / LOT: 1112192471  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 24/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA WS R1 38,6 ML + R2 11,4 ML  
LOTE / LOT: 1112182471  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH R1                             | 13.0 (12.90-13.10)   | 12,96               |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)  | 0                   |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.150 (0.120-0.180)  | 0,147               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |