



## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310200  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FERRITINA R1 1 X 20 ML + R2 1 X 4 ML  
**LOTE / LOT:** 1096132474  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 17/07/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 30/01/2025

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRITINA R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 1096112473  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 30/01/2025

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRITINA R2 4ML  
**LOTE / LOT:** 1096122467  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 28/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**Nayane Lima**  
Controle de Qualidade / Quality Control