

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310054
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATASE ALCALINA (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112172459
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/06/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATASE ALCALINA (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML
LOTE / LOT: 1112162458
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/05/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | LEVE ODOR DE AMINAS/SLIGHT SMELL AMINES | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 10,4 (10,3-10,5) | 10,43 |
| pH R2 | 9,0 (8,9-9,1) | 9,04 |
| pH R1 + R2 | 10,4 (10,3-10,5) | 10,43 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,015 (0,000-0,030) | 0,001 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0,45 (0,300-0,600) | 0,44 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.