

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310196
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATO UV WS R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101602464
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/07/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATO UV WS R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101612461
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATO UV WS R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101622459
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/01/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | PARECIDO COM DERIVADOS DE POLI-OXIDOS/SIMILAR TO POLYOXY-DERIVATIVES | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 0.80 (0.70-0.90) | 0,84 |
| pH R2 | 4.80 (4.70-4.90) | 4,76 |
| pH R1 + R2 | 0.90 (0.80-1.00) | 0,96 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.025 (0.000-0.050) | 0,011 |
| Absorbancia / Absorbance (R1 + R2) - R1 | 0.150 (0.000-0.300) | 0,089 |
| Absorbancia / Absorbance R2 | 0.125 (0.000-0.250) | 0,193 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.