

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310254
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GAMA GT R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1118052446
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/07/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/08/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GAMA GT R1 34,5 mL + R2 10,3 mL (RESPONS)
LOTE / LOT: 1118062443
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/08/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 8.28 (8.18-8.38) | 8,27 |
| pH R2 | 6.00 (5.90-6.10) | 6,03 |
| pH R1 + R2 | 8.25 (8.15-8.35) | 8,27 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0,002 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.550 (0.450-0.650) | 0,542 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |