

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310204  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 2X250ML  
LOTE / LOT: 10938024109  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE WS MONORREAGENTE 250ML  
LOTE / LOT: 10938324104  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/05/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,53
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.