

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310204  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 6X30ML  
LOTE / LOT: 1101662482  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/08/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE WS 30ML (MIURA)  
LOTE / LOT: 1101672480  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Apárencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,53
Absorbância / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.