

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310103
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDH DGKC R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124612411
DATA DE FABR./MANUF. DATE 28/05/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH DGKC R1 40ML
LOTE / LOT: 1124622411
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH DGKC R2 10ML
LOTE / LOT: 1124632411
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/07/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 7,45 (7,35-7,55) | 7,45 |
| pH R2 | 9,60 (9,50-9,70) | 9,62 |
| pH R1 + R2 | 7,50 (7,40-7,60) | 7,56 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,015 (0,000-0,030) | 0,014 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 1,300 (1,100-1,500) | 1,442 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.