

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310042  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LACTATO R1 5X40ML + R2 1X50ML  
LOTE / LOT: 10732024130  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 19/07/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R1 40ML  
LOTE / LOT: 10741624125  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R2 50ML  
LOTE / LOT: 10741724125  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According