

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310193
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO WS 2X20ML
LOTE / LOT: 1124642412
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/07/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: MAGNESIO WS MONORREAGENTE 20ML
LOTE / LOT: 1124652412
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/06/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11.0 (10.9-11.1)	11,06
Absorbancia / Absorbance	1.150 (1.000-1.300)	1,284
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.