

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310193  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** MAGNESIO WS 2X30ML (NOVO MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101742469  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 05/07/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/06/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** MAGNESIO WS 30ML (NOVO MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101752465  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/06/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID   | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| pH                                | 11.0 (10.9-11.1)   | 11,06               |
| Absorbancia / Absorbance          | 1.150 (1.000-1.300)  | 1,284               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.