

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310275  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** PCR HL R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 9,4 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1125882419  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 01/07/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/03/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PCR HL R1 38,6 ML + R2 9,4 ML  
**LOTE / LOT:** 1125942420  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/03/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	CLARO A LEVEMENTE OPALESCENTE, AMARRONZADO /CLEAR TO SLIGHTLY OPLALESCENT, BROWNISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According