

# Topkal Ferritina



Anvisa 80115310202

Art.: 6210004KC (4 x 1 mL)

## Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

### Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

	Níveis	Artigos	
	1096092335	Nível 1	6210001N1 01-2025
<b>LOT</b>	1096182335	Nível 2	6210001N2 01-2025
	1096192335	Nível 3	6210001N3 01-2025
	1096202335	Nível 4	6210001N4 01-2025

Parâmetro	Método	Níveis	Valor	Unidade
Parámetro	Método	Niveles	Valor	Unidad
		1	36,4	ng/mL
<b>TOPKAL FERRITINA</b>	<b>Padronização OMS</b>	2	133	ng/mL
Topkal Calibrador Ferritina	Estandarización de la OMS	3	265	ng/mL
		4	504	ng/mL



### Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)